



*Унитарное предприятие  
«НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО»*

*Отдел разработки  
медицинской техники*

[www.lemt.by](http://www.lemt.by)

# Аппарат лазерного облучения крови

«АЛОК»



## Описание

Аппарат применяется для лазеромагнитной и светодиодной фототерапии. Согласно некоторым исследованиям данная процедура может успешно применяться для профилактики и терапии артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, стенокардии, последствий ишемического инсульта, хронических обструктивных болезнях легких, облитерирующих заболеваниях сосудов нижних конечностей и др., а положительный эффект оказываемый на кровь достижим в том числе при неинвазивных методах воздействия терапии.

## Краткие технические характеристики

	Лазерное излучение	Светодиодное излучение
Длина волны	665±10 нм	450 нм
Выходная мощность излучения	20 мВт, 40 мВт	10 мВт, 20 мВт
Индукция постоянного магнитного поля магнитной насадки	30-50 мТл	



Унитарное предприятие  
«НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО»

**Абрамович Николай Дмитриевич**  
начальник отдела разработки медицинской техники  
кандидат технических наук  
**+375-(33)-314-94-38 (МТС)**  
**med@lemt.by**

Отдел разработки медицинской техники

[www.lemt.by](http://www.lemt.by)